



Flagship Medical, Inc.

CONCENTRADOR DE OXIGENO

Es importante saber como usar su concentrador de oxigeno de manera segura y correcta. Lea el



folleto sobre el uso seguro del equipo de oxigeno en el hogar.

Su medico le ha ordenado que use su oxigeno a un caudal especifico durante ciertos periodos de tiempo.

No cambie su indice de flujo sin una orden de su medico.

Un concentrador de oxigeno es una maquina que extrae oxigeno del aire de la habitacion. Por favor revise su concentrador diariamente para asegurarse de tener los contenidos adecuados en los tanques en caso de corte de energia.

Llame a **Flagship Medical Inc.** con cualquier inquietud o pregunta sobre su equipo.

SEGURIDAD DEL OXIGENO



No fume ni use oxigeno cerca de una llama abierta. Fumar cerca del oxigeno, incluso en la misma habitacion, puede ser muy peligroso.

OPERANDO SU EQUIPO

1. Conecte el cable a una toma de corriente que funcione correctamente.



2. Presione el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posicion de ENCENDIDO. La alarma sonara durante unos segundos hasta que se alcance la presion normal.



3. Ajuste el medidor de flujo hasta que la mitad de la bola este ajustada a la velocidad de flujo prescrita.



4. Coloque la canula en su cara para que sea comoda.





Flagship Medical, Inc.

5. Una vez por semana, retire el filtro exterior y lave con agua tibia y jabon. Enjuague el filtro muy bien con agua tibia. Exprime suavemente el agua extra del filtro y luego secala con una toalla limpia. Vuelva a colocar el filtro en la unidad.



6. Limpie la superficie del gabinete con un pano humedo. Nunca use cera, sprays o cera para muebles.

3. Abra el cilindro girando la rueda de la valvular en sentido antihorario hasta que el medidor muestre el contenido.



4. Solo use su Sistema de respaldo si su concentrador no funciona o si se corta la corriente.

Asegurese de decirle a Flagship Medical, Inc. si su concentrador no funciona y/o el contenido de su Sistema de respaldo se agota.

FALLA DE ENERGIA O PROBLEMAS MECANICOS

Para usar su oxigeno de respaldo, en caso de falla de la maquina, siga estas instrucciones:

1. Conecte el tubo al adaptador de oxigeno
2. Ajuste la perilla de control del regulador a la velocidad de flujo prescrita.



PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

La limpieza de su equipo respiratorio es muy importante. Para evitar la contaminacion del equipo, se debe realizar un procedimiento de limpieza simple pero efectivo de forma rutinaria. Toda limpieza y desinfeccion debe realizarse en un ambiente limpio.

Siga estos procedimientos de limpieza:

Canula Nasal: Limpie con un pano limpio y humedo todos los dias y segun sea necesario. Reemplace su canula cada mes o antes si es necesario.

Tubos Y Conectores: No hay necesidad de lavar la tuberia. Los tubos y conectores deben reemplazarse cada tres meses. Si usa



Flagship Medical, Inc.

una botella de burbujeador, cambiala mensualmente.

Botella De Burbujeo: Estos se usan con pacientes que reciben cuatro o mas litros por minuto de oxigeno. Es MUY importante desinfectar, Volver a ensamblar y mantener las botellas como se muestra a continuacion para evitar infecciones y mantener el burbujeador funcionando bien.

Deseche el aqua no utilizada diariamente y reemplacela con agua destilada.

Limpie la botella de burbujeador **SEMANALMENTE** y segun sea necesario:

1. Lava tus manos.



2. Retire el recipiente y vacie cualquier aqua vieja.
3. Lavar con aqua tibia y jabon y enjuagar bien.



4. Roble en una mezcla de una parte de vinagre blanco a tres partes de solucion de aqua durante 30 minutos. Enjuague y sacuda el exceso de aqua (NO lo seque con una toalla)



5. Si el equipo no se va a usar de inmediato, sequel y guardelo en una bolsa de plastico limpia.



6. Con aqua destilada, rellene el recipiente hasta que este medio lleno o menos.



7. Vuelva a colocar la botella del burbujeador y verifique si hay fugas.

Reemplace el burbujeador, todos los tubos y la canula, **MENSUALMENTE**.